

分析結果報告書

発行年月日 平成29年2月1日

計量証明事業登録 岐阜県第19号

依頼者

もずも 殿

株式会社神岡衛生社

環境分析室

岐阜県飛騨市神岡町東雲375番地

〒506-1147 TEL 0578-82-0410 FAX 82-2010

環境計量士 辻井 伸明

2017年1月26日 ご依頼の試料について分析した結果を下記のとおり報告します。

試料名：もずも 飲泉用温泉水
 採取場所：岳樺 浴槽湯口
 採取日時：2017年1月26日 9:55
 採取者名：株式会社神岡衛生社 辻井伸明
 受付日時：2017年1月26日
 その他：水温 46.4℃
 分析の結果：下記の通り

分析項目	分析結果	単位	分析方法
全有機炭素 (TOC)	0.3	mg/l	平成19年環自総発071001002号 第三.2.(3)
大腸菌群	不検出		平成19年環自総発071001002号 第三.2.(2) 試験方法Ⅱ IPTG添加ONPG-MUG培地法
一般細菌	0	CFU/ml	平成19年環自総発071001002号 第三.2.(1)

分析方法：平成19年10月1日環自総発第071001002号
 「温泉利用基準（飲用利用基準）」

基準値：平成19年10月1日環自総発第071001002号
 「温泉利用基準（飲用利用基準）」

項目	基準値
全有機炭素 (TOC)	5 mg/l以下
大腸菌群	100ml中に検出されない
一般細菌	100 CFU/ml以下